

verzió:

20171201

Fej-Nyak

Protokoll	Belső Fül - kontraszt		
Indikáció	Kizárólag MR kontraindikáció esetén végezhető		
Előkészítés	4-6 óra éhezés, bőséges folyadék bevitel		
Kontrasztanyag	A kontrasztanyag mennyiség átlagos testalkatra van megadva. Javasolt testsúly és kontrasztanyag töménységtől függővé tenni az adagolást.		

	per os			
	per rectim			
	i.v.	natív	posztkontraszt	
	mennyiség		60-80	
	sebesség (ml/s)			
	Só mennyiség (ml)			
	késleltetés (s)		90	
	bolus tracking helye	nem szükséges		

Mérések

	Fázisok	natív	posztkontraszt	
	Vizsgálandó terület	Sinus frontalis teteje - felső fogisor.		

Rekonstrukciók,
képanyag

	Felirat/label	Natív - Hi-Res	posztkontraszt	
	Ablak	Hi-Res	Lágyrész	
	Szeletvastagság	0,4-0,8	2-3	
	Increment	25-50%	25-50%	
	Irány	AXI+COR+megj.	AXI+COR	
	Kernel/Filter	Hi-Res Bone	Soft	
	Típus	MPR	MPR	

Megjegyzés
 Rekonstrukciók készíthetők külön-külön mindkét oldalról is.
 PSAG és PCOR (függőleges félkörös ívjáratokra merőleges, valamint velük párhuzamos) síkok segíthetnek az anatómia további megítélésében.

Irodalom: