

verzió:

20171201

Fej-Nyak

Protokoll	<b>Orbita - kontraszt</b>	
Indikáció	Gyulladásos, tumoros folyamatok MR elérhetetlenség, kontraindikáció esetén	
Előkészítés	4-6 óra éhezés, bőséges folyadék bevitel	
Kontrasztanyag	A kontrasztanyag mennyiség átlagos testalkatra van megadva. Javasolt testsúly és kontrasztanyag töménységtől függővé tenni az adagolást.	
	per os	
	per rectim	
	i.v.	<b>posztkontrasztos</b>
	mennyiség	60-80
	sebesség (ml/s)	
	Só mennyiség (ml)	30
	késleltetés (s)	60
	bolus tracking helye	aorta (threshold kb. 100 HU)

Mérések

	Fázisok	<b>posztkontraszt</b>	
	Vizsgálandó terület	lateralis topogramon az orbita régió (a FOV-on szerepeljen a sella régiója is)	
Rekonstrukciók, képanyag	Felirat/label	<b>Posztkontraszt - Lágyrész</b>	<b>Posztkontraszt - Csont</b>
	Ablak	<b>Lágyrész</b>	<b>Csont</b>
	Szeletvastagság	2-3	1-2
	Increment	25-50%	25-50%
	Irány	AXI+COR+SAG+PSAG	AXI+COR+SAG
	Kernel/Filter	Soft	Hi-Res Bone

**Megjegyzés** PSAG sík nervus opticussal párhuzamosan forgatott sagittalis sík mindkét oldalról

Irodalom: