

verzió:

20171201

Fej-Nyak

Protokoll	Tumor - kontraszt		
Indikáció	Fej-nyaki régiót érintő tumorok		
Előkészítés	4-6 óra éhezés, bőséges folyadék bevitel		
Kontrasztanyag	A kontrasztanyag mennyiség átlagos testalkatra van megadva. Javasolt testsúly és kontrasztanyag töménységtől függővé tenni az adagolást.		
	per os		
	per rectim		
	i.v.	Artériás	Vénás 90
	mennyiség (ml)	80-100	
	sebesség (ml/s)	2-3	
	Só mennyiség (ml)	30-50	
	késleltetés (s)		60
	bolus tracking helye	aorta (threshold kb. 100 HU)	

Mérések

	Fázisok	Artériás	Vénás 90	
	Vizsgálandó terület	Aortaívtól a sella tetejéig.		
Rekonstrukciók, képanyag	Felirat/label	Artériás - Lágyrész	Vénás - Lágyrész	Csont
	Ablak	Lágyrész	Lágyrész	Csont
	Szeletvastagság	2-3 mm	2-3 mm	2
	Increment			
	Irány	AXI+COR+SAG	AXI+COR+SAG	AXI+COR+SAG
	Kernel/Filter	Soft	Soft	Hi-Res
	Típus	MPR	MPR	MPR

Megjegyzés

Gégetumorok esetén a gége hossz tengelyére merőlegesen igazított axialis síkú rekonstrukciók segíthetik a pontosabb megítélést. Helyi gyakorlat függvényében a vizsgálat végezhető 1 fázisú méréssel, dupla bolus adagolással is.

Irodalom