

verzió:

20171201

Has-Kismedence				
Protokoll	Vese III/A. Anatómia - kontraszt			
Indikáció	Vese, húgyutak fejlődési rendellenessége , vascularis kompressziós szindrómák, élődonoros transzplantáció donorának vizsgálata			
Előkészítés	4-6 óra éhezés, bőséges folyadék bevitel			
Kontrasztanyag	A kontrasztanyag mennyiség átlagos testalkatra van megadva. Javasolt testsúly és kontrasztanyag töménységtől függővé tenni az adagolást.			

	per os	1 liter víz 20-30 perc alatt			
	per rectim				
	i.v.	Natív (low dose)	Késő Artériás	Nefrográfias (100 sec)	Urográfias
	mennyiség (ml)		100		
	sebesség (ml/s)		4-5		
	Só mennyiség (ml)		30-50		
	késleltetés (s)		+40	+100	300-420
	bolus tracking helye	aorta			

Mérések

	Fázisok	Natív (low dose)	Késő Artériás	Nefrográfias (100 sec)	Urográfias
	Vizsgálandó terület	Rekesztől-crista iliaca szintjéig	Rekesztől-crista iliaca szintjéig	rekesztől a symphysis aljáig	vese tetejétől a húgyhólyag aljáig

Rekonstrukciók, képanyag

	Felirat/label	Natív	Artériás	Vénás	Késői
	Ablak	Lágyrész	Lágyrész	Lágyrész	Lágyrész
	Szeletvastagság	2-3 mm	2-3 mm	2-3 mm	2-3 mm
	Increment				
	Irány	AXI	AXI+ COR+SAG	AXI+COR+SAG	AXI+COR+SAG
	Kernel/Filter	Soft	Soft	Soft	Soft
	Típus	MPR	MPR	MPR	MPR

Megjegyzés Jó vesefunkciójú betegek esetén javasolt tripla bolus urográfia protokoll.

Irodalom