

<b>OENO:</b>	31101
<b>Protokoll (OENO megnevezés):</b>	Koponyafelvétel, oldalirányú
<b>Indikáció:</b>	A koponyaboltozat állapotának megítélése.
<b>Blende határok:</b>	Felső és oldalsó széle a lágyrészhatárok ,alsó széle a mandibulaszöglet.
<b>Anatómiai képletek:</b>	sella turcica, processus clinoideus anterior et posterior, dorsum sellae, pars squamosus ossis parietalis et temporalis, sinus sphenoidalis
<b>Képméret:</b>	24x30 cm
<b>FFT:</b>	100 cm
<b>Centrális sugár:</b>	A meatus acusticus externus (külső hallónyílás) felett 5 cm-re lévő ponton át merőlegesen a film síkjára.
<b>Beállítás (beteg elhelyezése):</b>	A beteg ül vagy hason fekszik, egyik vállát megemeli, kezével támaszkodik, másik vállát leengedve tartja. Fejét elfordítja úgy, hogy az érintett oldal legyen filmközelben és a meatus acusticus externus a középvonalba essen. A mediansagittalis sík párhuzamos legyen a film síkjával, az interpupillaris vonal pedig merőleges a film síkjára. Vízszintes sugáriránnyal, kifordított csővel: a beteg hátán fekszik, feje alá egy dobozt teszünk, a kazetta a sérült oldalához támasztva úgy, hogy a mediansagittalis sík párhuzamos a kazettával.
<b>Felvételi követelmény:</b>	A koponyaboltozat oldalsó falai ábrázolódnak. Az orbitatető, MAE, mandibula száraz, temporomandibularis ízületek vetüljenek egymásra. A sella turcica, a processus clinoideus anterior és posterior, valamint a dorsum sellae elfordulásmentesen ábrázolódnak.
<b>Megjegyzés:</b>	Oldaljelzés, gonádvédelem.