

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OENO: | 31652 |
| Protokoll (OENO megnevezés): | Csípőízület, oldalirányú felvétel |
| Indikáció: | A csípőízület állapotának megítélése. |
| Blende határok: | Felső széle a SIAS magasságában, oldalsó széle a laterális lágyrészhatárok, alsó széle a symphysis alatt 4 h.ujjal. |
| Anatómiai képletek: | csípőízület, a femur proximalis vége |
| Képméret: | 18x24cm,24x30cm |
| FFT: | 100cm |
| Centrális sugár: | A fősugár merőleges a combnyakra. |
| Beállítás (beteg elhelyezése): | A beteg háton fekvő helyzetből a vizsgálandó oldal felé fordul, kb. 45 fokkal. Az ép oldalt alátámasztjuk. A csípőízület az asztal középvonalában van. Az érintett végtagot csípőben hajlítjuk be annyira, hogy a femur a testtel csaknem 90 fokot zárjon be (addig hajlítjuk, amíg a beteg tolerálni képes). A combot annyira abdukáljuk, hogy az asztalt érintse. A kazetta közepén a combnyak szintje van. |
| Felvételi követelmény: | A csípőízület teljes egészében látható legyen a femur proximalis régiójával együtt. A combnyak kb. a felvétel közepére essen, és részben vetüljön bele a trochanter major. |
| Megjegyzés: | Oldaljelzés, gonádvédelem. |